



Pernille Sutrow  
Klinik for Fodterapi  
Bydammen 7  
2750 Ballerup

Att.: Pernille Sutrow

## CERTIFIKAT

Juni - 2019

### Dyrkningsresultat:

Forsendelse nr: 2974

Vi har gennemført dyrkningen af 1 sæt sporeprøver, indlagt i Deres **Tørsterilisator** den 24. Juni 2019

Resultatet blev for de 3 sporeprøver:

	Plads	Ikke godkendt	Godkendt
Placering	1: foran, t. højre		✓
Placering	2: midten		✓
Placering	3: t.v., bagved		✓

Sporerne er dyrket i mindst 2\*44 timer i næringssubstrat Tryptic Soy Broth.

Sterilisationen har været effektiv med en inaktiveringsfaktor på:

1:  $10^6$  eller bedre overfor sporer af *Bacillus atrophaeus*, og

1:  $10^5$  eller bedre overfor sporer af *Geococcus stearothermophilus*

og kan dermed godkendes. Denne test indgår i en løbende kontrol med ovennævnte autoklave/sterilisator og udføres hver 6. måned.

Jyllinge, den 1. Juli 2019

Jane Heilskov  
Kvalitetskoordinator